

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 25-ei ülésére

Tárgy: Dr. Hetényi Bettina, fogorvos részéről tájékoztatás megküldése fogorvosi szék meghibásodásáról

Dr. Hetényi Bettina, a Tótkomlós 2. számú fogorvosi körzet fogorvosa az előterjesztés mellékletét képező beadvánnyal élt a Képviselő-testület felé.

Levelében előadta, hogy a rendelőjében használt fogászati egységkészülék meghibásodott, továbbá az általa megkeresett szakember véleménye szerint az javíthatatlan és a meghibásodott alkatrész nem pótolható.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tárgyalásakor nem tervezte be új fogorvosi szék fedezetét, ezért célszerű a fogorvoson kívül megkeresett szakember mellett más szakértelemmel rendelkező személlyel is az eszközt megvizsgáltatni és a lehetséges javítás érdekében árajánlatot kérni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Dr. Hetényi Bettina fogorvos beadványában foglaltakat és megbízza a polgármestert, hogy a Tótkomlós 2. számú fogorvosi körzetben található CHRIRANA SMILE típusú fogorvosi egységkészülék átvizsgálására megfelelő szakértelemmel rendelkező szakembert bízson meg és a készülék javíthatósága esetén kérjen árajánlatokat, majd bízza meg a legkedvezőbb ajánlatot adót a készülék javításával. Amennyiben a fogorvosi egységkészülék nem javítható, akkor intézkedjen a megfelelő eszköz beszerzése iránt.

A Képviselő-testület a szükséges fedezetet értékig biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2019. április 16.


dr. Garay Rita
polgármester

Tisztelt Tótkomlós Város Önkormányzata, és Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Dr. Hetényi Bettina bejelentést teszek a Tótkomlós 2. számú fogorvosi körzetében található CHRIRANA SMILE típusú fogászati egységkészülék meghibásodásáról. A nyálszívó berendezés tartálya javíthatatlan módon meghibásodott. Az utánpótláshoz szükséges alkatrész sem Magyarországon, sem az egységkészüléket gyártó cégnél, amelyet a problémával megkerestünk, már nem áll rendelkezésre. Az elszívást átmenetileg egy kizárólag ideiglenesen kialakított külső elszívó rendszerrel tudjuk megoldani, amely azonban sem a szakmai előírásoknak, sem az infekciókontroll szabályainak nem felel meg.


A nyál és víz elszívása elengedhetetlen része még a legkisebb tömés elkészítésének is, amennyiben ez nem áll rendelkezésemre, úgy nem tudom a szakmai előírásoknak, és a szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek megfelelően a munkát elvégezni.

Az elavult egységkészülék sorozatos meghibásodásai, amellet hogy a páciensek előtt is kényelmetlenségeket okoznak, önhibámon kívül gyakran leállásokra kényszerítenek, amelyek számomra jelentős anyagi kárt is jelentenek.

Kérem szépen az Önkormányzat mihamarabbi javaslatételét a probléma elhárítását illetően.

Köszönettel:

Tótkomlós, 2019. 04. 15.


.....
81 410
Dr. Hetényi Bettina
ORVOS

Dr. Hetényi Bettina

Dr. Hetényi Bettina
Székhely: 5904 Orosháza, Nárcisz u. 4.
Telephely: 5940 Tótkomlós, Fő út 2.
Adószám: 68648257-1-24
Nyilv.sz.: 52046900

Clón